

## งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์

## เรื่อง สิบราคาจ้างเหมาพัสดุ

ครั้งที่ 68-009

ด้วยงานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะจัดจ้างเหมาพัสดุ 1 รายการ คือ งานจ้างซ่อมเครื่องหัวใจและปอดเทียมที่ใช้ในการผ่าตัด หมายเลขครุภัณฑ์ M-00495-1/55 โดยมีข้อกำหนด และเงื่อนไขในการเสนอราคาดังนี้

## 1. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานจ้างนี้ โดยระบุอาชีพไว้ในวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจ บริการ หรือพาณิชย์กิจ

## 2. หลักฐานในการเสนอราคา

2.1 ในกรณีผู้เสนอราคาเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัท, ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง และใบทะเบียน การจดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม

2.2 ในกรณีเป็นร้านค้า ให้ยื่นใบทะเบียนพาณิชย์ และใบทะเบียนการจดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

## 3. เงื่อนไขยื่นซองและการเสนอราคา

3.1 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาเพียงราคาเดียว และราคาที่ยื่นต้องยื่นราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันเสนอราคา และกำหนดส่งมอบงานภายในไม่เกิน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และผู้เสนอราคาต้องเสนอรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างนี้เป็นระยะเวลา 3 เดือน

3.2 กำหนดยื่นซองเสนอราคาตั้งแต่วันดูสถานที่เป็นต้นไป สิ้นสุดวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ในเวลาราชการ และเมื่อพ้นวันยื่นซองเสนอราคาแล้วจะไม่รับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด โดยเสนอราคาได้โดยตรงที่อาคารงานพัสดุ ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2567

  
(นายอุทธรณ์ เคนใบ)

หัวหน้าหน่วยจัดจ้างก่อสร้างและจ้างเหมาบริการ

ติดต่อขอรับเอกสารและรายละเอียดได้ที่

หน่วยจัดจ้างก่อสร้างและจ้างเหมาบริการ

โทร. 043-363220 ต่อ 0,11-12

ติดต่อ นางสาวปาลิตา แสนสะอาด



พ.001

68-0000040

68-00027711

## บันทึกขอความ

ส่วนงาน งานบริการวิศวกรรม (Division) คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทร. 63228,63226,63170

ที่ อว 660301.6.1.17/68-0000040

วันที่ขอซื้อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง ขออนุมัติซ่อมทรัพย์สินวิีเฉพาะเจาะจง

วันที่ต้องการใช้

เรียน รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ด้วยงานบริการวิศวกรรม (Division) มีความประสงค์ซ่อมทรัพย์สินเพื่อ : ทดแทนที่ชำรุด  
ตามเอกสารใบแจ้งซ่อมเลขที่ 18585-67 (BME-2600/67) แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

( นายอรรถวิทย์ ดีนาง )  
เจ้าของเรื่อง (ถ้ามี)

( นายวิศรุต เชิดชู )

หัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน งานบริการวิศวกรรม (Division)

( ✓ ) แนบใบเสนอราคา

ลำดับที่	รหัสพัสดุ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	หน่วย	จำนวน	ราคาที่สืบทราบ	
						ราคา/ หน่วย	ราคารวม (ก่อน VAT)
1	ERA0000001	งานจ้างซ่อม เครื่องหัวใจและปอดเทียมที่ ใช้ในการผ่าตัด	M-00495-1/55	งาน	1	14,200.00	14,200.00

รวม 14,200.00 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 994.00 บาท

รวม 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,194.00 บาท

ผลการพิจารณาในหลักการ ( ✓ ) อนุมัติตามเสนอ และให้งานพัสดุดำเนินการต่อไป

( ) อนุมัติเพราะ

โดยมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / การจ้าง ดังนี้

- 1.นายอรรถวิทย์ ดีนาง ประธานกรรมการ
- 2.นางสาวชุตินันท์ สิงห์ภู กรรมการ
- 3.นางวรัญญา สร้อยหิน กรรมการ

อนุมัติหลักการ  
และให้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
โดยเฉพาะการกำหนดราคากลางและระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

เรียน   
เพื่อดำเนินการตามระเบียบพัสดุ  
รฐา ๖8-032 (R258)

(ลงชื่อ)

  
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์อองอาจ สมอินทร์ )รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

## หมายเหตุ

- (1) การรายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในแต่ละครั้ง ต้องกรอกข้อความให้ครบทุกช่องด้วย
- (2) รหัสพัสดุสามารถตรวจสอบและสืบค้นได้จาก [www.md.kku.ac.th/store](http://www.md.kku.ac.th/store) หัวข้อเบิกวัสดุและติดตามการจัดซื้อ หรือ สอบถามได้ที่ หน่วยจัดหาวัสดุ โทรศัพท์หมายเลข 63220
- (3) พัสดุที่ขออนุมัติจัดซื้อจะนำไปใช้กับครุภัณฑ์ใด ให้ระบุหมายเลขครุภัณฑ์ประกอบด้วย
- (4) หากต้องการติดตามเรื่องการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง กรุณาโทรศัพท์ติดต่อได้ที่หมายเลข 63640, 63230, 63220 ต่อ 11-13
- (5) หากต้องการพัสดุเร่งด่วน ติดต่อหัวหน้างานพัสดุ โทรศัพท์หมายเลข 63055

war

# ใบแจ้งซ่อม

68-0000040

ที่ อว 660301.6.3.13.9.2/266/67

ใบแจ้งซ่อมเลขที่ 18585-67

งานซ่อมบำรุงรับที่ BME-2600/67

วันที่ 27 มิถุนายน 2567

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 10.29 น.

<p>(๑) ชื่อผู้แจ้ง      ภัทรกร ไชยแสง      โทร 63639</p> <p>หน่วยงาน      แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด</p> <p>อาคาร      d+t      ชั้น 2</p> <p>ชื่อเครื่อง/อุปกรณ์      ลูกปืนเครื่อง Hart lung</p> <p>หมายเลขครุภัณฑ์      M-00495-1/55 / SFM00809      Sn. 1328</p>	<p>รายละเอียดการแจ้งซ่อมหรือปัญหาที่พบขั้นต้น</p> <p>ลูกปืนเครื่อง Hart lung ชำรุด ห้องผ่าตัด 9</p> <p>ยี่ห้อ terumo รุ่น ADVANCED PERFUSION SYSTEM 1</p>
---	---

(๒) ชื่อผู้ซ่อม ๑. นันทกร อุดมมาก ๒. ๓. ๔. ๕.

ลงชื่อ ..... หัวหน้าหมวด ..... วันที่ .....

สาเหตุ	ลำดับ	รหัสวัสดุ	วัสดุที่สั่งซื้อ / รายการ	จำนวน
ลูกปืนในแกนปืนเลือดชำรุดตามอายุการใช้งาน	1		รอกหมัดจัดจ้างเอกเซนซ่อม.	1
การแก้ไข      เปลี่ยนชุดตลับลูกปืนใหม่				
สรุปลผลการปฏิบัติงาน				
<input type="checkbox"/> เสร็จ ใช้เวลาดำเนินการ ..... นาที/ชั่วโมง <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เสร็จ เนื่องจาก .....				
ลงชื่อ ..... นันทกร ไชยแสง      ขางผู้ปฏิบัติ      วันที่ 2 / 7 / 2567 ลงชื่อ ..... อ.อ.      หัวหน้าหมวด      วันที่ 3 / 1.0 / 67 ลงชื่อ .....      หัวหน้าหน่วย      วันที่ 4 9.0.67 /				


<p>(๓) ความเห็นหัวหน้างานซ่อมบำรุง</p> <p><input type="checkbox"/> ขออนุมัติ จัดซื้อวัสดุตามรายการ      <input type="checkbox"/> ขออนุมัติ จำหน่ายชำรุด</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ขออนุมัติ จ้างเอกชน      <input type="checkbox"/> ขออนุมัติ จัดซื้อทดแทน</p> <p><input type="checkbox"/> อยู่ในระยะประกัน      <input type="checkbox"/> อื่นๆ .....</p> <p>ลงชื่อ ..... วันที่ .....</p>	<p>(๔) ผลการพิจารณา</p> <p><input type="checkbox"/> อนุมัติ และหัวหน้าดำเนินการต่อไป</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ</p> <p><input type="checkbox"/> .....</p> <p>ลงชื่อ ..... คณบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย      วันที่ .....</p>
---	---

<p>(๕) ความเห็นหัวหน้าหน่วยงานที่แจ้งซ่อมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย</p> <p><input type="checkbox"/> งานเสร็จเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ตามปกติ</p> <p><input type="checkbox"/> แก้ไขเพิ่มเติมดังนี้</p> <p><input type="checkbox"/> .....</p> <p>ลงชื่อ ..... วันที่ .....</p> <p>หน่วยงาน .....</p>	<p>ประเมินความพึงพอใจ</p> <p>ความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง = .....%</p> <p>ข้อเสนอแนะ .....</p>
--	--

ลำดับ	รหัสวัสดุ	รายการวัสดุที่ใช้ในการซ่อม	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ราคารวม	
							รวมค่าวัสดุ.....บาท
							ค่าแรง.....บาท
							รวมทั้งหมด.....บาท

รายละเอียดการจ้าง  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายการ : งานจ้างซ่อม เครื่องหัวใจและปอดเทียมที่ใช้ในการผ่าตัด ยี่ห้อ Terumo รุ่น APS-1  
หมายเลขครุภัณฑ์ M-00495-1/55 ใบแจ้งซ่อมเลขที่ 18585-67



1. รายละเอียดการจ้าง

- 1.1 ตรวจสอบเช็คพบว่า ลูกปืนในแกนปั่นเลือดชำรุด
- 1.2 ให้บริษัททำการตรวจเช็คเครื่องก่อนเสนอราคาซ่อม
- 1.3 สามารถทำการเปลี่ยนอะไหล่ตามความเหมาะสม
- 1.4 แนบเอกสารรับรองการสอบเทียบหรือการทดสอบการทำงานของเครื่อง
- 1.5 ทำการทดสอบหลังจากทำการซ่อม หรือเปลี่ยนอะไหล่ให้ทำการทดสอบการทำงานของเครื่องให้สามารถใช้งานได้ปกติ

2. เงื่อนไขการเสนอราคา

1. รับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า 3 ปี ปี
2. กำหนดส่งมอบไม่เกิน.....วัน
3. กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า.....วัน

3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก คือ เกณฑ์ราคาต่ำสุด

  
(.....)

(นายอรรถวิทย์ ดีนาง)  
เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำรายละเอียดวัสดุ

\*\* ข้อ 3 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก (ให้เลือกระบุเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง)

- เกณฑ์ราคาต่ำสุด
- เกณฑ์ราคา-เกณฑ์คุณภาพ